

东营市中心血站医疗设备采购项目项报价明细表

序号	设备及产品名称	品牌型号	主要技术标准与参数	单位	数量	单价 (元)	总价(元)	备注
1	医用低温保存箱	DW-86L728ST	<p>1、款式：立式一体机；</p> <p>★2、有效容积：728L；</p> <p>3、温度范围：-50~-86℃可调；</p> <p>★4、2个进口品牌压缩机，整机稳定运行功率1400W，采用双独立制冷系统设计，其中一套制冷系统故障，另外一套制冷系统仍可保持箱内温度-80℃</p> <p>5、采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保；</p> <p>6、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及双挂锁；</p> <p>7、4个发泡内门并带密封条设计，外门4层硅胶密封，整机共计5层密封，具有超强的保温效果好；</p> <p>8、安全报警：具有多种故障报警，高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警、电池电量低报警、A/B系统故障报警；报警方式：声音蜂鸣报警；</p> <p>★9、速冻效果：血浆袋中心温度达到-30℃的时间≤ 60min；</p> <p>★10、容量：每批可速冻血浆数量120袋（200ml/袋）</p> <p>★11、多功能：既可实现平板速冻，又可以短期储存。速冻完毕可及时取出，也可下次工作时取出；</p> <p>12、储冷板10层；同时配置相应数量及要求的速冻盒。</p> <p>★13、储冷板具有加压功能，能将血</p>	台	1	475000.00	475000.00	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等





注：投标人分项设备及产品报价均按照以上格式进行报价，在备注栏说明是否符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。投标人技术参数不得完全复制招标文件中“主要技术标准与参数”的内容，否则按无效投标文件处理。

投标人（公章）：济南睿秒医疗设备有限公司
表人或授权人（签字或盖章）

法定代

