

河口区人民医院综合病房楼配套项目--影像设备采购项目

分项报价明细表

序号	设备及产品名称	品牌型号	主要技术标准与参数	单 位	数 量	单价(元)	总价(元)	备注
1	CT (X射线计算机体 层摄影设备)	GE Revolution CT ES	探测器 Z 轴方向物理排数 128 排 256 层，80cm 孔径，电压输出范围 70-140KV，球管热容量 6.8MHu，探测器在等中心线覆盖的 Z 轴总宽度 8cm，Gemstone 宝石探测器，球管冷却方式：风冷和油冷，球管散热率 2.1MHU/min ，高压发生器功率（单套，非等效数值）103kW，其他具体详见技术偏离表	台	1	12890000	12890000	具备 招标文件 要求的质 量标准和 检测报告
其他费用		无						
合计(元)		小写：12890000.00						
合计(元)		大写：壹仟贰佰捌拾玖万元整						

投标人(公章):

法定代表或其授权人(签字或盖章):