

河口区人民医院综合病房楼配套项目--影像设备采购项目分项报价明细表

序号	设备及产品名称	品牌型号	主要技术标准与参数	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注
1	一体式移动C形臂X射线机	万东鼎立HMC-160D	最大输出功率：16kW；发生器频率：160-500kHz；透视最大KV峰值：125kV；摄影最大KV峰值：130kV。	台	1	890000.00	890000.00	符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告
2			...					
3			...					
...						
其他费用		无						
合计(元)		小写：890000.00 元						
		大写：捌拾玖万元整						

注：投标人分项设备及产品报价均按照以上格式进行报价，在备注栏说明是否符合具备招标文件要求的质量标准和检测报告等。

投标人技术参数不得完全复制招标文件中“主要技术标准与参数”的内容，否则按无效投标文件处理。

投标人（公章）：山东盛意隆医疗有限公司 法定代表人或授权人（签字或盖章）：_____